



مديرية الشؤون الصحية  
ادارة المستشفيات

## السيدة الاستاذة/ مديرة ادارة التموين الطبي

تحية طيبة وبعد...

مرسل لسيادتكم بيان بمتوسط الاستهلاك الشهري للأكسجين للمستشفيات التابعة للمديرية :-

م	المستشفى	متوسط الاستهلاك الشهري	
		الأكسجين المسال	اسطوانات الأكسجين
١	القناطر الخيرية المركزي	(٢٤٧٥٠) لتر	١٥٠ اسطوانة
٢	شبين القناطر المركزي	(١٢٥٨٠) لتر	٢٥٠ اسطوانة
٣	صدر ٢٣ يوليو	(١٦٦٠٠) لتر	١٥٠ اسطوانة
٤	أبو المنجا المركزي	(٤٥٠٠) لتر	طوارئ فقط
٥	طوخ المركزي الحالي	—	٣٠٠ اسطوانة
	طوخ المركزي الجديدة	(١٥٠٠٠) لتر	٥٠ اسطوانة
٦	حميات طوخ	(١٠٢٣٧) لتر	٥٠ اسطوانة
٧	حميات بنها	(١٢٨٨٠) لتر	١٥٠ اسطوانة
٨	رمد بنها	—	١ اسطوانة
٩	رمد قليوب	—	٢ اسطوانة
١٠	الخصوص المركزي	—	—
١١	بهتيم المركزي	(٨١٤٠) لتر	١٠ اسطوانة
	الاجمالي	(١٠٤٦٨٧) لتر	٧٩٨ اسطوانة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير...

مدير ادارة المستشفيات  
د/ حسنين لطفي

## المواصفات الفنية والتحليلية لغاز الأكسجين الاسطوانات للأغراض الطبية

- غاز يساعد على الحياة
- غاز عديم اللون
- غاز عديم الطعم
- غاز غير سام عند درجات الضغط الجوي
- غاز عديم الرائحة
- ذو كثافة أكبر قليلاً عند نفس درجة الحرارة
- غاز شديد البرودة في درجة الحرارة المنخفضة ويسبب حروق الصقيع.
- غاز غير قابل للإشعال ولكن يساعد على الاحتراق مع المواد والعناصر الأخرى بشدة
- الرمز الكيميائي
- درجة النقاوة ٩٩.٩٨%
- درجة الحرارة ١٨٣.٠ درجة مئوية
- نسبة الرطوبة ٧٥.٠ درجة مئوية
- الوزن الجزيئي ٣٢ ٣١
- نسبة ثاني أكسيد الكربون بحد أقصى ٣.٠ جزء من المليون
- نسبة أول أكسيد الكربون بحد أقصى ٥ جزء من المليون
- نقل الاسطوانات على حساب الشركة
- يتم تواجد الشركة ثلاث ساعات من وقت الاستدعاء بإحدى الطرق الرسمية وتكون مسئولة عن أي إضرار تنتج عن تأخير حضور الشركة في حالة الطوارئ
- تلتزم الشركة بتحليل عينات من المنتج المورد كل ثلاث شهور من إحدى الجهات الحكومية أو المتخصصة وكذلك من حق المستشفى أخذ عينة عشوائية وتقوم بتحليلها على حساب الشركة علي أن يكون التحليل في إحدى الجهات الآتية ( المركز القومي للبحوث - الهيئة العامة للمواصفات والجودة )

### اللجنة:

د/ محمد بن عبد الله  
د/ محمد بن عبد الله  
د/ محمد بن عبد الله

مدير عام الطب العلاجي

د/ أميمة محمد عباس

رئيس اللجنة