

كراسة الشروط والمواصفات

للمناقصة العامة لشراء وتوريد (أجهزة علمية) لمعمل

أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور بقسم

هندسة الاشغال العامة بالكلية وذلك بالجنيه المصري

جلسة ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٥ م

الموافق يوم الثلاثاء

❖ ضرورة التسجيل على موقع بوابة التعاقدات العامة www.etenders.gov.eg
❖ يلصق طابع فئة ٥ جنيه لصالح أسر الشهداء

إدارة التوريدات بكلية الهندسة جامعة القاهرة
ت / ٣٥٦٧٨١٤٨
ف / ٣٥٦٩٦٠٨٠
فاكس الكلية / ٣٥٧٢٣٤٨٦

تمهيد

تعلن كلية الهندسة - جامعة القاهرة عن المناقصة العامة بين الشركات لشراء وتوريد (أجهزة علمية) لمعمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور بقسم هندسة الأشغال العامة بالكلية وذلك بالجنيه المصري على ان تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي على أن تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية وقد تحدد ثمناً لكراسة الشروط والمواصفات مبلغ وقدرة ٢٩٩ جنيهاً فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيهاً لا غير) وتحدد موعد فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٥ م الساعة الثانية عشر ظهراً .

الشروط العامة

..*.*

- ١) تقوم الشركة بتقديم التأمين المؤقت بمبلغ وقدرة ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط اربعون الف جنيه لا غير) على أن يسدد التأمين من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني أو خطاب ضمان ويجب ألا يقترن بأي قيد أو شرط على أحد المصارف المحلية المعتمدة ولا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوماً على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .
- ٢) أي عطاء غير مصحوب بالتأمين المؤقت يتم استبعاده .
- ٣) على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي التأمين النهائي وقدرة ٥% من إجمالي أمر التوريد ويسدد ايضاً من خلال منظومة الدفع الالكتروني أو خطاب ضمان نهائي .
- ٤) أن تشمل خطابات الضمان (مؤقت - نهائي) على عبارة (أن البنك لم يتجاوز الحد الأقصى المصرح له) من البنك المركزي .
- ٥) في حالة التأخير عن التوريد في المواعيد المحددة أو كان التوريد للأصناف غير مطابق للمواصفات يطبق في هذا الشأن جميع المواد التي حددتها التعليمات واللوائح المالية وفي جميع الأحوال يعتبر القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م ولائحته التنفيذية مكملاً لهذه الشروط وتعتبر واجبة التنفيذ فيما لم يرد بشأنه نص .
- ٦) لا يلتفت إلى أي إ دعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- ٧) تعتبر فئات الأسعار ثابتة خلال فترة سريان العقد والكلية غير ملزمة بأي تغيير يحدث في الأسعار أو أي قرارات سيادية أثناء مدة التنفيذ وخلال مدة التعاقد .
- ٨) يجب ان تلتزم الشركة التي قامت بتغيير مقرها او ارقام تليفوناتها ان تقوم باخطار الكلية بكتاب رسمي والا تتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك .
- ٩) الأسعار شاملة جميع المصاريف والجمارك وضريبة القيمة المضافة .
- ١٠) الالتزام بمواعيد فتح المظاريف الفنية والمالية حسب التوقيتات المحددة لها من قبل الكلية .
- ١١) تكتب أسعار العطاء رقماً وحرفاً باللغة العربية .



١٢) يجب ان يرفق بالعباء صورة لكل من :-

- السجل التجاري ساري المفعول .
 - البطاقة الضريبية سارية + آخر اقرار ضريبي
 - شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
 - مستندات الشكل القانوني للشركة .
 - سابقة الأعمال
 - كراسة الشروط والمواصفات ويلصق بها طابع مجنيه لصالح أسر الشهداء .
 - بيانات مقدم العطاء
 - بيان القيد في المكاتب أو السجلات أو النقابات أو الاتحادات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد
- جميع هذه الأوراق محتومة بختم الشركة .

١٣) يجب أن تصل العطاءات في ميعاد غايته الساعة ١٢ من ظهر اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية ولا يعتد بأي عطاء يُرَد بعد الميعاد المذكور.

١٤) يقدم مندوب الشركة تفويضاً لحضور كلاً من جلستي فتح المظاريف الفنية والمالية على ان يكون له كافة الصلاحيات للرد على اي استفسار من الجانب الفني و توضيح شروط العرض والتوقيع على أي تعديل بالشروط العامة .

١٥) لا تتم عملية الفحص والاضافة الا بعد موافقة لجنة الفحص .

١٦) ما يفيد التسجيل على موقع بوابة التعاقدات العامة www.etenders.gov.eg

١٧) يتم السداد الكتروني.

١٨) يتم التوريد والتسليم مخازن الكلية .

١٩) مدة سريان العرض ثلاث شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية .

٢٠) تقديم فاتورة الكترونية .

٢١) على كل شركة غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة إحضار خطاب من مصلحة الضرائب العامة على القيمة المضافة يفيد بإعفائها منها معتمد ومختوم من مصلحة الضرائب العامة على القيمة المضافة ويقع ذلك على عاتق الشركة .

٢٢) تقدم العروض على أن يكون موضعاً بها مايلي :-

- ◀ مدة التوريد لا تزيد عن (أربعة) شهور من استلام أمر التوريد .
- ◀ فترة الضمان لا تقل عن عام.
- ◀ شروط الدفع: بعد الاستلام والفحص (تحويل الكتروني) .

٢٣) يكون تقديم الشكاوى ممن له مصلحة في ذلك الى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية وفقاً للمواعيد التالية :-

- الشكاوى المتعلقة باجراءات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات تقدم قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومين عمل على الأقل .
- الشكاوى المتعلقة بالببب الفني تقدم قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومين عمل على الأقل .
- الشكاوى المتعلقة بالببب المالي تقدم قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومين عمل على الأقل.
- الشكاوى المتعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ بعد يوم عمل على الأكثر من صدور القرار الذي تتضرر منه الشركة الشاكية .
- كما يتم تقديم صورة من الشكاوى الى الكلية في ذات التوقيت

٢٤) تسرى احكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحة التنفيذية

فيما لا يتعارض مع احكامه - والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاته على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.

٢٥) في حالة طلب دفعة مقدمة لا يشترط المورد اعتبار تاريخ التوريد هو تاريخ صرف الدفعة المقدمة بل من استلام أمر التوريد

ويكون مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري المفعول ولا تزيد عن ٢٥% من إجمال أمر التوريد ويتم سداد الباقي بعد الاستلام والفحص والتدريب والتشغيل.

٢٦) التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (٨٥) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨).

٢٧) وفي ضوء ما تضمنته نصوص المواد أرقام (٣٤، ٤٩، ٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها

الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ من حيث ضرورة تضمين محتويات (المظروف / العرض) الفني ما يفيد بالالتزام بالتأمين على العمالة وفقاً لقوانين التأمينات السائدة .

٢٨) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية

والمعتمدة من الهيئة المالى (التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة) .

البرنامج الزمني :-

٢٠٢٥ م / ٩ / ٢٦	⓪ التاريخ المتوقع للاعلان
٢٠٢٥ م / ١١ / ٢١	⓪ تاريخ فتح المظاريف الفنية
٢٠٢٥ م / ١٢ / ٤	⓪ تاريخ الانتهاء من الببب الفني
٢٠٢٥ م / ١٢ / ١٦	⓪ تاريخ فتح المظاريف المالية
٢٠٢٥ م / ١٢ / ٢٣	⓪ تاريخ الانتهاء من الببب المالى
٢٠٢٥ م / ١٢ / ٣٠	⓪ تاريخ الاخطار بالترسية

محتويات المظروف الفني

- (١) التامين المؤقت
- (٢) جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم
- (٣) البرنامج الزمني للتوريد ومدته
- (٤) سابقة الأعمال
- (٥) صورة من السجل التجاري
- (٦) صورة البطاقة الضريبية + اخر اقرار ضريبي
- (٧) بيان مايفيد التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية .
- (٨) شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة .
- (٩) بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها .
- (١٠) كراسة الشروط والمواصفات
- (١١) خطاب بنكي برقم حساب الشركة


جميع هذه الأوراق مختومة بختم الشركة



محتويات المظروف المالي

❖ قوائم الأسعار

❖ السداد الكتروني بعد الفحص والاضافة.



جامعة القاهرة

بيانات مقدم العطاء



السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية الهندسة - جامعة القاهرة
تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم

العنوان

بطاقة ضريبية رقم

اسم مأمورية الضرائب التابع لها

ملف ضريبي رقم

ملف ضريبة القيمة المضافة رقم

السجل التجاري

البنك الذي تتعامل معه الشركة

تليفون

موبايل

فاكس

المدير المسئول

وهذه البيانات مسئولية الشركة وبياناتها صحيحة وتحت مسئوليتها الكاملة حيث نتقدم بعطائنا هذا في عملية المناقصة العامة لشراء وتوريد (أجهزة علمية) وذلك لمعمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور بالكلية وذلك بالجنيه المصري جلسة ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٥ م الموافق يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهراً.

** حيث قمنا بالاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات والتوقيع عليها والالتزام بما جاء بها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

توقيع وختم الشركة



المواصفات الفنية



جامعة القاهرة

المواصفات الفنية

بيان	م
<p>جهاز اللزوجة الدوراني</p> <p>Rotational Viscometer</p> <ul style="list-style-type: none">- According to Standards.: AASHTO T316, ASTM D2196, ASTM D4402- Speed: from 0.3 to 1500 rpm- Torque range: 0.05 to 30 mNm- Viscosity Range: 2 to 140,000,000 mPa.s <p>With Accessories:</p> <p>(<u>Viscosity Spindles</u> complete set, Bath With <u>Temperature Controller</u> (from 5°C to 200°C), <u>Temperature Control Chamber Device</u> (up to 300°C), <u>Advanced Software</u>, <u>External Temperature Probe</u>, <u>Sample Chamber Rack</u>, <u>Circular Level</u>, <u>Sample Chambers</u>, <u>Crucible Tongs</u>)</p>	١
<p>Micro-Deval Apparatus ASTM</p> <ul style="list-style-type: none">- According to Standards: ASTM D6928, ASTM D7428, AASHTO T237- Noise reduction cabinet, ensuring a quieter working environment in the lab.- With dedicated sensors- The jars are made of stainless steel with diameter and height according to standards (diameter within 194 and 202 mm and height within 170 and 177 mm) and are complete with cover and locking device.- Power supply: 230V 1ph 50Hz 750W- Supplied with: Jar with cover and locking stirrup, Stainless steel abrasive charges, Magnet to remove abrasive charges	٢
<p>جهاز كسر متعدد السرعات لقياس الثبات والانسياب ونسبة تحمل كاليفورنيا</p> <p>Multispeed Load Frame</p> <p>ASTM D1559-ASTM D5581 (6" dia. specimens)</p> <p>ASTM D1883 (CBR) -AASHTO T 245</p> <ul style="list-style-type: none">○ Conforming and Determination of:-<ul style="list-style-type: none">● Water sensitivity of bituminous specimens.● The indirect tensile strength of bituminous specimens.● Marshall and (CBR) test.○ Multi speed Marshall Tester 50kN capacity, testing speed adjustable from 0.1 to 51 mm/min., with load ring 50kN and with stem brake, (220V, 60Hz, 1 ph.).○ 50kN digital Marshal Tester, (220V, 60Hz, 1 ph.).○ Various Testing Software. <p>Digital sensors.</p>	٣