

مواصفات الجهاز المطلوب

جهاز أخذ عينات

يفضل أن يكون قوى مزود بترمومتر داخلى لقياس درجة حرارة العينة

أجزاء جسم الجهاز المعدنى من الصلب الذى لا يصدأ

أسطوانة أخذ العينة ذات حجم أنبوى من البلاستيك النقى الشفاف

يفضل سعة الجهاز اللترية ان تكون ٢ لتر فأكثر

يفضل أن يكون وزنه خفيف يقل عن ٦ كجم

يفضل الثقل المرسل لا يزيد وزنه عن ٥٠٠ جرام ومن الصلب الذى لا يصدأ ويمر فى سلك من الصلب الذى لا يصدأ

جهاز سحابة رقمى أوتوماتيكى

مزودة بأنظمة دقيقة للتحكم فى حجم السائل

قراءة واضحة للحجم النازل والمضاف للمحاليل

تورد بجميع المشتملات

جهاز ماصة أوماتيك

مزودة بأنظمة دقيقة للتحكم فى حجم السائل الممتص

قراءة واضحة للحجم المسحوب من السوائل والمحاليل

تورد بجميع المشتملات

جهاز سخان كهربى معملى

يفضل سطح السخان من السيراميك أو الخزف

يفضل أن يكون مزود بأنظمة أمان كهربية وحرارية

يفضل أن يكون مزود بشاشة بيان درجة الحرارة

كبير كيميائى

١٢

الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان
الإدارة المركزية للبحوث العلمية
المعامل الكيميائية

جدول الفئات وقائمة الكميات للأجهزة والأدوات المطلوبة للمعمل الكيميائي للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

م	البند	الوحدة	الكمية	ملاحظات
١	جهاز أخذ عينات	جهاز	٢	
٢	جهاز سحاحة رقمية أوتوماتيك	جهاز	٤	
٣	جهاز ماصة أوتوماتيك	جهاز	٤	
٤	جهاز سخان كهربى	جهاز	١	

اللجنة

فنى معمل / طارق م. م. م.
كيميائى / م. م. م.

ك كيميائين / م. م. م.

الاشتراطات الخاصة

- ١- العرض عبارة عن مظروفين أحدهما فنى والاخر مالى ويرفق التأمين الابتدائى وقدره () جنيه بالعرض الفنى ، تسلم المظاريف باليد أو بالبريد السريع أو المسجل الموصى عليه بمقر الهيئة بإدارة العقود والمشتريات (إذا كان التأمين الابتدائى خطاب ضمان محدد المدة يجب ألا تقل مدة سريانه عن أربعة أشهر)
- ٢- مدة سريان العطاءات لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية
- ٣- مدة التوريد من ٢ - ٣ شهور من تاريخ صدور امر التوريد
- ٤- ضمان الاجهزة لمدة عام ضد عيوب الصناعة
- ٥- بخصوص بند الكيماويات المعملية يفضل الأعلى نقاوة .
- ٦- يتم الافراج عن قيمة التأمين النهائى بعد انتهاء فترة الضمان
- ٧- يشترط تقديم كتالوجات تفصيلية موضحة للاجهزة بمشتملاتها ومكوناتها فى المظروف الفنى (يفضل إرفاق ملخصا باللغة العربية للعرض المقدم)
- ٨- جميع الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وبالجنيه المصرى
- ٩- يفضل التسليم بمخازن الهيئة بأسوان بالسد العالى شرق
- ١٠- هذه الاشتراطات متممة ومكملة للعقد ٢٣٣٣ ب لجنة
- ١١- تسرى على هذه المناقصة أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية
- ١٢- يقبل الطرفان مسبقاً أية تعديلات يراها مجلس الدولة عند المراجعة
- ١٣- يختص مجلس الدولة بأى نزاع ينشأ عن هذا العقد

مدير عام البحوث العلمية

جيولوجى /

مدير المعمل

كبير الكيميائيين / ١٦١٠

كبير الكيميائيين /