



محافظة الإسكندرية

مديرية الشؤون الصحية

إدارة العقود والمشتريات مركزي



## كراسة الشروط و المواصفات الفنية

المناقصة العامة للتعاقد على أعمال صيانة لتشغيل جهاز الأشعة المقطعية ماركة كانون ١٦٠ مقطع الجديد بمستشفى العامرية العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية

بمقر الإدارة ٢٩ شارع زكى رجب عزبة سعد - سموحة - الإسكندرية

تاريخ فتح المظاريف الفني ٢٠٢٦/٦/٤

الساعة ١٢ ظهراً

سعر الكراسة ٢٩٩ جنيهاً

غء شاما، ضسة القسمة المضافة

إسم مقدم العطاء برقم الإيصال:

مدير إدارة العقود والمشتريات مركزي

أ/ فادية عبدالغنى

مسئول المشتريات

أ/ شيماء شوقى

محافظة الاسكندرية  
مديرية الشؤون الصحية  
إداره العقود والمشتريات لمركزي  
٢٩ شارع زكى رجب - عزبة سعد - سموحة

المنافسة العامة للتعاقد على أعمال كهرباء لتشغيل جهاز الأشعة المقطعية ماركة كانون ١٦٠ مستشفى العامرية العام

البرنامج الزمني المتوقع للمناقصة

الإجراء	التاريخ	المكان	
تاريخ فتح المظاريف الفنية	٢٠٢٦/٦/٤	مقر إدارة العقود والمشتريات ٢٩ شارع زكى رجب - عزبة سعد - سموحة	
تاريخ الانتهاء من البت الفني النهائي	مدة المناقصة لا تزيد عن ٩٠ يوم من تاريخ لجنة الفرض الفني		تاريخ فتح المظاريف المالية والبت المالي
إعلان نتيجة البت المالي			
التعاقد والبدء فى التوريد			فور اعتماد السلطة المختصة
التعاقد بمقر إداره العقود والمشتريات مركزي والتنفيذ بمقر الأعمال			

## ( بيانات صاحب الشركة )

إسم مقدم العطاء : .....  
العنوان : .....

التليفون : .....

الفاكس : .....

البريد الإلكتروني : @ Gmail.Com .....

رقم الواتس اب : .....

إسم المسئول عن توقيع العقد و تنفيذ شروطه .....

ونقر بأن هذا العنوان هو عنوان المراسلات التفصيلي وفي حال إرتداد الخطاب لأى سبب من الأسباب على هذا العنوان يعتبر إقراراً ضمنياً باستلامه وما يترتب عليه من كافة آثار قانونية ولا يحق بمطالبة الجهة الإدارية أو الرجوع عليها بأى مسئولية وهذا إقرار منى بذلك.

" يرجى إستكمال تلك البيانات لتسهيل إجراءات التواصل "

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

محافظة الاسكندرية  
مديرية الشؤون الصحية  
إداره العقود والمشتريات لمركزي  
٢٩ شارع زكى رجب - عزبة سعد - سموحة

المناقصة العامة للتعاقد على أعمال كهرباء لتشغيل جهاز الأشعة المقطعية ماركة كانون ١٦٠ مستشفى العامرية العام

الشروط العامة

## ١- القوانين واللوائح المنظمة للعملية محل الموضوع:

- تخضع هذه العملية لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- يسرى بشأن التعاقد كافة القوانين واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع العملية فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد

## ٢- نية التقدم بالعطاء :

يجوز لأصحاب الشركات المتقدمة أن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية و المالية - كما يجوز ان يحضر مندوب عنها بموجب تفويض وان يكون له جميع الصلاحيات.

## ٣- الشطب من سجلات الموردين :

- إذا ثبت أن الشركة المتنافسة او المتعاقدة قد إستعملت بنفسها أو بواسطة غيرها الغش أو التلاعب فى تعاملها مع الجهة أو فى حصولها على العقد أو أساءت استخدام أى بند من بنود كراسة الشروط أو نص من نصوص القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فإنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية لشطب إسم الشركة من سجلات الموردين أو المقاولين بالجهات الإدارية بالدولة.

## ٤- لغة تقديم العطاء :

يتم تقديم العرض باللغة العربية - وفى حالة التقدم بمستند بأى لغة أخرى يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد - ويعتبر النص العربى هو المعمول به فى حالة الإختلاف أو الإلتباس فى المضمون .

## ٥- توقيت تسليم العطاء - آخر ميعاد لتقديم العطاءات :

يسلم العطاء بمكتب السيد الأستاذ / مدير عام إدارة العقود والمشتريات مركزي الكائن ٢٩ شارع زكى رجب - عزبة سعد - سموحة قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ، ولن يعتد بأى عطاء يرد بعد هذا الموعد - ولا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العرض بحصول خطأ فى عطائه إذا تقدم به بعد فتح المظاريف الفنية.

## ٦- إلغاء العملية :

يحق للجهة الإدارية إلغاء العملية قبل البت فيها إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات المنصوص عليها بمواد القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

## ٧- تعديل الشروط والمواصفات:

يحق للجهة الإدارية إصدارإضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أى بند أو مستند من مستندات العملية بموجب خطاب أو إخطار رسمى إلى جميع الشركات المتنافسة والتي قامت بشراء كراسة الشروط و المواصفات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كافٍ على أن تعتبر أى إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط .

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة  
مسئول المشتريات  
مدير ادارة العقود والمشتريات مركزي  
أ/ شيماء شوقى  
أ/ فادية عبدالغنى

محافظة الاسكندرية  
مديرية الشؤون الصحية  
إداره العقود والمشتريات لمركزي  
٢٩ شارع زكى رجب - عزبة سعد - سموحة

المنافسة العامة للتعاقد على أعمال كهرباء لتشغيل جهاز الأشعة المقطعية ماركة كانون ١٦٠ مستشفى العامرية العام

- مدة سريان الأسعار ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية، وللإدارة الحق في طلب مد سريان العطاء إذا ما إقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن موعد إستلامه بمعرفة الإدارة وحتى نهاية مدة سريان العطاء .

#### ٨- التأمين على العاملين :

تلتزم الشركة بالتأمين على جميع العاملين القائمين بالأعمال محل الطرح دون تحمل الجهة أى تكاليف وفقاً لأحكام قانون العمل وقوانين التأمينات الإجتماعية وجميع القوانين المتعلقة بأداء هذه الخدمة. يحق للجهة الإدارية بعدم قبول العطاء المقدم شكلياً في حال عدم تقديم إقرار يتضمن الإلتزام بعدم التمييز بين العاملين على أساس الجنس أو أى إعتبرات أخرى غير مهنية والمساواة بين الجنسين في فرص التوظيف والترقي والتدريب والأجور وبيئة العمل.

#### ٩- سحب العطاء :

إذا قام مقدم العطاء بسحب عطاءه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للجهة الادارية دون حاجة إلى إنذار أو الإلتجاء للقضاء أو اتخاذ أى إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر .

#### ١٠- التأمين الابتدائى المؤقت والنهائى :

##### التأمين الابتدائى :-

يجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين المؤقت وقدره (٧٢٠٠ جنيهاً) ( الف سبعة آلاف ومائتان جنيهاً فقط لا غير) وذلك بوسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع و التحصيل الالكترونى بإسم الشركة أو بإسم صاحب الشركة من واقع السجل التجارى أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاث شهور من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية على أن يزيد ثلاثون يوماً على الأقل وإقرار البنك بأن خطابات الضمان لم تتعدى الحد الاقصى لإصدار خطابات الضمان للجهات الحكومية المصرح بها من البنك المركزي المصري.

##### التأمين النهائي :-

- على الشركة مقدمة العطاء عند الترسية أن تؤدي التأمين النهائي بنسبة ٥% من قيمة العطاء المسند إليها خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالى لإخطارها بكتاب مرسل له عن طريق البريد السريع بواسطة الهيئة القومية للبريد أو بإبلاغه بإحدى الطرق الأخرى (تليفون- فاكس - البريد - البريد السريع - البريد الإلكتروني... إلخ ) بقبول عطاءها وذلك بإحدى الطرق التي أقرها قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

- إذا لم تقم الشركة صاحبة العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي فى المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطارها بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد ودون الحاجة إلى إتخاذ أى إجراء آخر - إلغاء العقد أو التنفيذ على الحساب بموافقة السلطة المختصة ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق الجهة الإدارية كما يكون لها الحق في أن تخصم قيمة كل خساره تلحق بها من أية مبالغ مستحقة لديها للشركة صاحبة العطاء المقبول وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقات الشركة لدى أي جهة إدارية أخرى عن طريق إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع على الشركة قضائياً بما لم تتمكن من إستيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة مسنول المشتريات مدير اداره العقود والمشتريات مركزي

أ/ فادية عبدالغنى

أ/ شيماء شوقى

**المناقصة العامة للتعاقد على أعمال كهرباء لتشغيل جهاز الأشعة المقطعية ماركة كانون ١٦٠ مستشفى العامرية العام**

بعد فتح العطاء علانية أثناء جلسة فتح المظاريف لن يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية للعطاءات أو تقييمها أو التوصيات بشأن إرساء المناقصة للشركات المتنافسة أو أى أشخاص آخرين غير الموظفين المعنيين بهذه العملية إلى حين موعد إعلان نتائج البت رسمياً طبقاً للإجراءات الموضحة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وطبقاً للبرنامج الزمني المتوقع لهذه العملية .

**١٢- طريقة السداد:**

تصرف كافة المستحقات بعد الفحص واستلام بالجنيه المصرى وتصرف من مقر الجهة الادارية

**١٣- التنازل للآخرين :**

لا يحق للشركة الراسى عليها العطاء والمتعاقد معها أن تتنازل عن العقد أو أى جزء منه .

**١٤- التنفيذ وغرامة التأخير :**

- فى حالة تقاعس الشركة بالتقصير أو الإهمال فى أداء الأعمال عن النحو المطلوب والخاصة بأعمال التوريد محل الموضوع يتم تطبيق غرامات التأخير بالنسب والشروط الواردة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية و شروط المناقصة دون الرجوع إلى الشركة و تتحمل الشركة أى خسائر تنتج بسبب ذلك وتطبيق أحكام القانون سالف الذكر والقوانين ذات الصلة بهذه العملية.

**١٥- كراسة الشروط والمواصفات:**

- ترفق الشركة المتقدمة النسخة الأصلية من كراسة الشروط والمواصفات بالمظروف الفني موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر ذلك قبولاً من الشركة بكل ما ورد بها .  
- تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزء لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين الجهة الإدارية و الشركة التى ستسند إليها الأعمال .

**١٦- ضوابط :**

- لا يسمح لأى من مقدمي العطاءات إبداء أى ملاحظة أو معلومات إلا كتابياً .
- لا يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية طبقاً للمادة ٨٤ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- يجوز أثناء تقييم العطاءات أن يطلب إيضاحات من مقدم العطاء عن عطائه ويكون طلب الايضاح والإجابة عليه كتابياً ولن يسمح بأى تغيير في أسعاره أو مضمونه .
- يحق للجهة الإدارية إذا إقتضت الحاجة فى طلب تعديل حجم التعاقد بالزيادة او النقصان طبقاً للماده ٤٦ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- يحق للجهة الإدارية مراعاة إمكانيات المشروعات والمتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر من حيث الإعفاء من سابقة الأعمال وميزانية سنوات سابقة مادامت طبيعة العملية تتطلب ذلك ، مع الإلتزام بمعايير الأداء والجودة في التنفيذ والإلتزام بتقديم الشركة شهادة نفيذ التسجيل بسجل قيد المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ .

مدير إدارة العقود والمشتريات مركزي

أ/ فادية عبدالغنى

مسئول المشتريات وختم الشركة

أ/ شيماء شوقى

محافظة الاسكندرية  
مديرية الشؤون الصحية  
إداره العقود والمشتريات لمركزي  
٢٩ شارع زكى رجب - عزبة سعد - سموحة

المناقصة العامة للتعاقد على أعمال كهرباء لتشغيل جهاز الأشعة المقطعية ماركة كانون ١٦٠ مستشفى العامرية العام

**١٧- إنهاء التعاقد :**

يحق للجهة المتعاقدة إنهاء العقد إذا تسببت الشركة أو أخلت إخلالاً أساسياً بالعقد ويتضمن الإخلال الرئيسي بالعقد توقف الشركة عن الإلتزام بتنفيذ التعاقد أو الأعمال على النحو الأمثل.

**١٨- المراسلات :**

اثناء المناقصة تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمكاتبات والبيانات المتعلقة بالعملية كتابة باللغة العربية ويلزم تسليمها لإدارة التموين الطبي المركزي بالعنوان ( ٢٩ شارع زكى رجب - عزبة سعد سموحة - الإسكندرية ) مع الحصول على ما يثبت أنه تم التسليم أو إرسالها بالبريد المسجل أو الفاكس وبشرط إثبات تسليمه .

**١٩- ملكية البيانات وسريتها :**

جميع المعلومات والبيانات التي قامت الجهة بذكرها في كراسة الشروط والمواصفات أو إعدادها لأجل تنفيذ الأعمال محل هذه العملية تعد ملكية خالصة لمديرية الشؤون الصحية - إدارة التموين الطبي المركزي بما فى ذلك حقوق النشر، ولا يحق للشركة أو أى طرف ثالث أن تستخدمها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الأعمال محل العقد .

**٢٠- إعداد وتقديم العطاءات :**

- يجب على الشركة المتنافسة أن تعد عطاءها و الإلتزام التام بما تقضى به البنود الواردة بكراسة الشروط و المواصفات المطلوبة واحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ولن يلتفت إلى العطاء الذي يرد به ما يخالف ذلك .
- يسلم العطاء داخل مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي مغلق غلقاً محكماً بمعرفة مقدم العطاء .
- يراعى ألا يحتوي المظروف الفني على أية أسعار مالية وسيتم إستبعاد أى عطاء تضمن في مظروفه الفني أية أسعار مالية ويجب أن يكون المظروف مصحوباً بالتأمين الإبتدائي وذلك بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أو بخطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية .
- عند الترسية المناقصة جزء لا يتجزأ على إجمالى مبلغ المناقصة .

**٢١ - التنفيذ وبدء الأعمال :**

يبدأ التنفيذ فور إعتداد السلطة المختصة بالجهة للتعاقد على الأعمال محل الموضوع .

**٢٢-مدة سريان العقد :**

- مدة التنفيذ ٣٠ يوم من إستلام الموقع خالي من الموانع ومدة ضمان الأعمال سنه .
- جميع الإجراءات الخاصة بالمناقصة العامة طبقاً للشروط والمواصفات الخاصة و لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة و لائحته التنفيذية وتعديلاته .

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة      مسنول المشتريات      مدير ادارة العقود والمشتريات مركزي

أ/ فادية عبدالغنى

أ/ شيماء شوقى

المناقصة العامة للتعاقد على أعمال كهرباء لتشغيل جهاز الأشعة المقطعية ماركة كانون ١٦٠ مستشفى العامرية العام

### يلتزم مقدم العطاء بإرفاق الأوراق والمستندات الآتية مستوفاه بالمظروف الفني

- ١ جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم مع تقديم البيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والخامات والمعدات .
- ٢ إرفاق طابع الشهيد بكراسة الشروط والمواصفات طبقاً لقرار وزارة المالية رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ .
- ٣ الإرتباط بالأسعار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الفتح الفني مع أحقية الجهة بمد العرض لفترة مماثلة إذا لزم الأمر
- ٤ ما يفيد سداد التأمين المؤقت وقيمته (٧٢٠٠ جنيهاً) وذلك بالطرق سائلة الذكر.
- ٥ أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة بخاتم الشركة على جميع الأوراق .
- ٦ يذكر اسم المسئول عن توقيع العقد وتنفيذ بنوده وصفته بالشركة .
- ٧ سابقة أعمال في نفس مجال وحجم المناقصة .
- ٨ صورة واضحة من البطاقة الضريبية سارية و الإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ٩ صورة واضحة من السجل التجاري ساري و الإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ١٠ صورة واضحة من التسجيل لدى ضريبة القيمة المضافة ساري أو إقرار بعدم الوصول للحد الأدنى .
- ١١ صورة واضحة من قرار تأسيس الشركة والكيان القانوني لها .
- ١٢ بيان مطبوع من بوابة التعاقدات العامة تفيد تسجيل الشركة عليها .
- ١٣ إقرار بالالتزام مقدم العطاء بالتأمين علي العماله طبقاً للقوانين الساندة .
- ١٤ صورة واضحة من آخر إقرار ضريبي معتمد و مختوم بشعار الضرائب والإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ١٥ صورة واضحة من شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ١٦ طريقة التنفيذ والجدول الزمني للتنفيذ .
- ١٧ بيان بأسماء الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على عملية التنفيذ مع إرفاق صورة من كارينه المهندس المشرف على التنفيذ .
- ١٨ صورة واضحة وسارية من بطاقة التسجيل لدى الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والإطلاع على الأصل عند الطلب .
- ١٩ (خاص بالجمعيات الإنتاجية) تقديم شهادة من الإتحاد التعاوني للجمعيات الإنتاجية تفيد الموافقة على الدخول في المناقصة في حال إذا كانت الجمعيات من خارج المحافظة.
- ٢٠ إقرار الإلتزام بعدم التمييز بين العاملين على أساس الجنس أو أى إعتبارات أخرى غير مهنية طبقاً للكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ .

### ويوضح بالمظروف المالي البيانات الآتية :-

- ١ قيمة كل بند على حدة شاملة ضريبة القيمة المضافة والتكلفة شاملة كافة الضرائب والرسوم والمصروفات وتقلبات السوق والعملة والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب المقررة وذلك على النموذج المرفق بكراسة الشروط والمواصفات وفي حالة عدم التوضيح يعتبر إقرار من الشركة بشمول السعر لجميع الضرائب.
- ٢ كتابة كل بند على حدى رقماً و حرفاً وذلك باللغة العربية.
- ٣ عدم القشط أو المحو أو التحشير فى جدول الفئات وفى حالة تصحيح أى أخطاء يتم إعادة كتابته رقماً و حرفاً والتوقيع عليه وختمه بختم الشركة مقدمة العطاء .
- ٤ الإلتزام بتقديم الأسعار على نموذج العرض المالي المرفق بالكراسة .

مدير ادارة العقود والمشتريات مركزي  
أ/ فادية عبدالغنى

مسئول المشتريات  
أ/ شيماء شوقى

## إقرار ( يجب إرفاقه بالمظروف الفني )

نقر نحن شركة

مقدم العطاء بأني قد إطلعت علي كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بتلك العملية و موافق علي كافة ما جاء بها ، كما أن مظروفي المالي لا يشمل أي تحفظات فنية أو مالية وإذا وجدت فإنني متنازل عنها .  
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

مقدم العطاء:

التوقيع:

رقم الحساب البنكي:

البنك التابع له:

البنك الفرعي:

رقم البطاقة الضريبية :

المأمورية التابع لها:

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

المناقصة العامة للتعاقد على أعمال كهرباء لتشغيل جهاز الأشعة المقطعية ماركة كانون ١٦٠ مستشفى العامرية العام

م	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل نحاس ترموبلاستيك شعر نوعية السويدى أو ما يماثلها (٤*٥٠ مم)محمل على البند سعر حامل كابلات مقاس مناسب مع التثبيت الجيد بالسقف الخرسانى أعلى السقف الصناعى وعلى الحوائط مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال على الوجه الأكمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	متر طولى	١٠٠		
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل نحاس ترموبلاستيك شعر نوعية السويدى أو ما يماثلها (٢*١٦ مم) داخل ماسورة مع التثبيت الجيد بالسقف الخرسانى أعلى السقف الصناعى وعلى الحوائط مع عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال على الوجه الأكمل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	متر طولى	١٥		
٣	توريد وتركيب قاطع ٢٥٠ أمبير ثلاثى نوعية ABB أو ما يماثلها سعة قطع لا تقل عن ٢٥ كيلو امبير	بالعدد	١		
٤	توريد وتركيب قاطع متغير MCCB ٢٥٠/١٦٠ أمبير ثلاثى نوعية ABB أو ما يماثلها سعة قطع لا تقل عن ٢٥ كيلو امبير	بالعدد	١		
٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة الكهرباء عمومية مكونة من : واحد قاطع عمومى ثلاثى ٤٠٠ امبير سعة قطع لا تقل ٣٦ كيلو امبير عدد ٤ قاطع ١٠٠ امبير ثلاثى (عدد ٣ بقسم الأشعة بالطوارىء وقاطع باللوحة الفرعية )	بالعدد	١		

		٢	بالعدد	٦	تحسين وصيانة بئر الأرض الخاص بأجهزة الأشعة وعمل كل مايلزم من إضافة حربة أو أكثر للوصول إلى قياس ٠.٥ اوم الى ٢ اوم والتوصيل بكابل ٣٥ مم ايرث نحاس من البئر وحتى لوحة الكهرباء بغرفة ال ups الخاص بجهاز الأشعة وتقديم شهادة بالقياس المطلوب .
		مقطوعية	مقطوعية	٧	بالمقطوعية توريد وتركيب حامل كابلات مقاس ١٠*١٠ سم مع عمل تحويل لمسار الكابل ٢٤٠ مم من خلف حجرة الأشعة الى داخل قسم الأشعة بالطوارئ مع عمل كل مايلزم لنها الأعمال على الوجه الأكمل حسب أصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف
				الإجمالي	

مدير ادارة العقود والمشتريات مركزي  
أ/ فادية عبدالغنى

مسئول المشتريات  
أ/ شيماء شوقى

توقيع مقدم العطاء وختم الشركة

السيد الدكتور / وكيل الوزارة

تحية طيبة و بعد ،،،،

الموضوع :

عملية / أعمال الكهرباء المطلوبة لتشغيل جهاز الاشعة المقطعية ماركة كانون 160 مقطع الجديد  
بمستشفى العامرية العام 2025-2026

النقاط الرئيسية :

بناء على موافقة سيادتكم بتشكيل لجنة فنية لعمل مقايسة بمواصفات فنية و بكميات تقريبية و قيمة تقديرية و الشروط الخاصة لأعمال الكهرباء المطلوبة و ذلك طبقا لقانون 182 لسنة 2018 من الاتي أسماءهم :

- 1 - مهندسة / منال بسيوني مهندس كهرباء مركزي
- 2 - أستاذ / محمد علي فني هندسة مركزي
- 3 أستاذ / محمد منشاوي فني هندسة مركزي

نحيط علم سيادتكم أنه تمت المعاينة على الطبيعة والاطلاع على متطلبات الشركة الموردة لتشغيل جهاز الاشعة المقطعية الجديد 160 مقطع بقسم الطوارئ بمبنى راغب و الذي استلزم نقل جهاز الاشعة المقطعية الحالي 16 مقطع الي قسم الاشعة بقسم الطوارئ (و ذلك بالاتفاق بين الشركة الموردة و إدارة المستشفى) وقد تم اعداد مقايسة تقديرية للأعمال المطلوبة (مرفق المقايسة) و القيمة التقديرية للعملية في مظروف مغلق و الشروط الخاصة للعملية عما بأن التامين الابتدائي للعملية هو مبلغ 7200 جنيها (سبعة آلاف و مائتان جنية فقط لاغير)

الرأى و التوصية :

الرجاء من سيادتكم الموافقة علي :

- 1 - تنفيذ الاعمال عن طريق مناقصة عامة .
- 2 - تسميح مبلغ العملية من ميزانية مركزي بند صيانة مباني .
- 3 - طرح الاعمال عن طريق إدارة التعاقدات و المشتريات مركزي و ذلك طبقا لقانون 182 لسنة 2018

## الشروط

محل / أعمال الكهرباء المطلوبة لتزويد جهاز الرشفة المصنوعة ماركة  
C-57 - C-50 العام 1950

1. على المقاول معاينة الاعمال على الطبيعة وفي موقعها وطبقا للقانون واثاء مواعيد العمل وتقديم اسعاره شامله الضريبه المضافه اعترافا منه بالمعاينه.
2. على المقاول المسئول استخراج التراخيص اللازمه وعمل الجسات اذا طلب الامر ومراجعه الرسومات والاعمال ويتم الاشراف عن طريق مهندس نقابي متخصص مع تقديم كارتيه نقابه المهندسين باسم المهندس بالاوراق وتلويض من المقاول.
3. على المقاول تقديم جدول زمني بتنفيذ بنود الاعمال والتسجيل لدى الفاتوره الالكترونيه والاقرار الضريبي على بوابه التعاقدات.
4. على المقاول تقديم اجود الخامات واعتماد العينات قبل التركيب واتباع تعليمات مهندس العمليه.

5. على المقاول تنفيذ المواصفات دون تغيير او تعديل الا بموافقه كتابيه.
6. على المقاول نقل المخلفات اولا بأول لعدم عرقله العمل وتراكم ناتج التكسير.
7. المظروف الفني به صور من سابقه الاعمال - سجل تجارى - البطاقه الضريبيه والضريبه الاضافيه - اتحاد المقاولين للتشييد والبناء.
8. على المقاول تقديم شهاده التأمينات الاجتماعيه تفيد السداد او النسبه المطلوب خصمها من مستحقاته قبل الصرف.
9. المقاول مسئول مباشره على العاملين المتواجدين بموقع العمل سواء التابعين له او العاملين مع تقديم اقرار عن العماله طبقا لقوانين التأمينات الساريه.
10. مده ضمان الاعمال سنه من تاريخ الاستلام ومده تنفيذ الاعمال 120 يوم من تاريخ

الاستلام الموقع على مصدر الموانع

11 - تقسيم الشرايح بتقديم سابقه اعمال مسجله في الجب وعنوانها - الأعمال المطلوبة

اسم المقاول /  
رقم البطاقه الضريبيه /  
رقم السجل /  
الاجمالي /  
العنوان /  
رقم الملف /  
الاموريه /  
الختم

مقاييسه / أعمال الكهراء المطلوبة لتشغيل جهاز الاشعة المقطعية ماركة كانون 160 مقطع  
الجديد بمسشفى العامرية العام 2025-2026

م	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1 -	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل نحاس ترموبلاستيك شعر نوعية السويدي أو مايمائلها ( 4*50 مم) محمل علي البند سعر حامل كابلات مقاس مناسب مع التثبيت الجيد بالسقف الخرساني اعلي السقف الصناعي و علي الحوائط مع عمل كل مايلزم لنهوا لاعمال علي الوجه الاكمل حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	متر طولي	100		
2 -	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل نحاس ترموبلاستيك شعر نوعية السويدي أو مايمائلها ( 2 * 16 مم ) داخل ماسورة مع التثبيت الجيد بالسقف الخرساني اعلي السقف الصناعي و علي الحوائط مع عمل كل مايلزم لنهوا الاعمال علي الوجه الاكمل حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	متر طولي	15		
3 -	توريد و تركيب قاطع 250 امبير ثلاثي نوعية ABB أو ما يماثلها سعة قطع لا تقل عن 25 كيلو امبير	بالعدد	1		
4	توريد و تركيب قاطع متغير MCCB 250/160 امبير ثلاثي نوعية ABB أو ما يماثلها سعة قطع لا تقل عن 25 كيلو امبير	بالعدد	1		
5 -	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهراء عمومية مكونة من : واحد قاطع عمومي ثلاثي 400 امبير سعة قطع لا تقل عن 36 كيلو امبير عدد 4 قاطع 100 امبير ثلاثي (عدد 3 بقسم الاشعة بالطوارئ و قاطع بالوحدة الفرعية )	بالعدد	1		

٤١٤

مديرية الشؤون الصحية  
الإدارة الهندسية

		2	بالعدد	تحسين و صيانة بئر الأرضي الخاص بأجهزة الأشعة و عمل كل مايلزم من إضافة حربة أو أكثر للوصول الي قياس 0.5 اوم الي 2 اوم و التوصيل بكابل 35 مم ايرث نحاس من البئر و حتي لوحة الكهرباء بغرفة ال ups الخاص بجهاز الأشعة و تقديم شهادة بالقياس المطلوب .	6-
		مقطوعية	مقطوعية	بالمقطوعية توريد و تركيب حامل كابلات مقاس 10*10 سم مع عمل تحويل لمسار الكابل 240 مم من خلف حجرة الأشعة الي داخل قسم الأشعة بالطوارئ مع عمل كل مايلزم لنهو الاعمال علي الوجه الاكمل حسب أصول الصناعة و تعليمات جهه الاشراف	7-

الشروط الخاصة :

- 1 - تتم معاينة الشركات لموقع العملية معاينة تامة نافية للجهااله
- 2 - يتم اعتماد العينات من جهه الاشراف قبل التوريد و التركيب
- 3 - الكميات بالمقايسة تقديرية و المحاسبية بما يتم تنفيذه علي الطبيعه

أعضاء اللجنة :