

كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة العامة للحصول علي جهاز معايرة لأجهزة التنفس الصناعي للإدارة الهندسية بالمستشفيات

جامعة القاهرة جلسة / ٢٠٢٥/

١- الممارسة خاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية لذات القانون .

٢- التعريفات :

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة الي جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص ويقضي سياق الكلام غير ذلك .

م	الكلمة	تعريفها
أ	جهة التعاقد	وتعني الطرف الأول أو الجهة / الجهات الإدارية (مستشفيات جامعة القاهرة) والتي لها احتياج لشراء (الأصناف) وسوف تتعاقد علي التوريد وتقوم بالاستلام و الفحص وتسديد مستحقات الشركة الموردة .
ب	الشركات المتنافسة	شركات منتجة أو موردة للأصناف و الذين لهم خبره ومقدرة فنية ومالية ولهم مقار إدارية .
ت	الشركة	وتعني (الطرف الثاني) والتي قبلت المستشفيات عطائها .
ث	السعر التجاري	الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة للصف و التي تباع بها للعامة .
ج	السعر الحكومي	أفضل و أقل الأسعار الخاصة التي تباع بها الشركة لغير أغراض التجزئة أو التي تمنحها الشركة لمؤسسات الدولة المختلفة أو الجهات الحكومية .

٣- مكان انعقاد جلسات هذه الممارسة بإدارة التوريدات بمبنى السموم الدور الرابع بمستشفيات جامعة القاهرة حيث البرنامج الزمني المتوقع لتنفيذ تلك الإجراءات كالتالي :

١	النشر والإعلان	٢	جلسة فتح المظاريف الفنية
٣	جلسة البت الفني	٤	جلسة فتح المظاريف المالية
٥	جلسة البت المالي واخطار الشركات بالترسية	٦	إجراءات التعاقد والتنفيذ

٤- القوانين و اللوائح المنظمة للممارسة:

- تخضع هذه الممارسة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية لذات القانون بالإضافة الي أحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولأئحة التنفيذية ويمكن تحميل صورته استرشادية من القانونين المشار إليهما بدون مقابل (WWW.etenders.gov.eg) ودون أدني مسؤولية علي الهيئة من خلال بوابة المشتريات الحكومية كما يسري بشأن التعاقد كافة القوانين و اللوائح و القرارات والأعراف ذات الصلة بموضوع المناقصة فيما لم يرد بشأن نص في العقد .

أ.ع.ف

إ.ع.ف

إ.ع.ف

إ.ع.ف



كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالممارسة العامة للحصول علي جهاز معايرة لأجهزة التنفس الصناعي لإدارة الهندسية بالمستشفيات
جامعة القاهرة جلسة ٢٠٢٥ / ١

يجوز لأصحاب الشركات المتقدمة إن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية و المالية - كما يجوز أن يحضر مندوب مفوض من الشركة بموجب تفويض من الشركة وأن يكون له كافة الصلاحيات .

٥- الشطب من سجلات الموردين :

إذا تبين أن المتعاقد قد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية المتعاقدة أو في حصوله علي العقد فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب أسمة من سجلات الموردين بالجهات الحكومية .

٦- لغة تقديم العطاء:

يقدم العطاء باللغة العربية وفي حالة تقديم مستند بأي لغة أخرى يتم ترجمته الي اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء من مكتب معتمد ويعتبر النص العربي هو المعول عليه في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون و يسمح باستخدام اللغة الانجليزية فيما يخص المواصفات الفنية فقط في الحالات التي تستدعي الطبيعة الفنية الخاصة بها ذلك .

٧- توقيتات تسليم العطاء :

تسلم العطاءات قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر إدارة التعاقدات بمبني السموم الدور الرابع بمستشفيات جامعه القاهرة ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد - ولا يلتفت الي أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

علي إن يظل العطاء ساري المفعول لمدة تسعون يوما من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية ولا يجوز الرجوع فيه أثناء هذه المدة و للمستشفيات الحق في طلب مد سريان العطاءات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك .

٨-التأمين الابتدائي

أ- يجب تقديم تأمين ابتدائي قدره ٨٧٥٠ (فقط وقدره ثمانية الاف وسبعمائة وخمسون جنيها لاغير) على أن يؤدي التأمين المؤقت بأى من الوسائل ومنها وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحويل الالكتروني أو بأيه صورة من صورتين الآتيتين .:

ب- بموجب خطاب ضمان مصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأى قيد أو شرط وأن يقر المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأن يعطى المصرف إقرار على خطاب الضمان بأنه لم يجاوز الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المحلية المعتمدة على أن يتعهد المصرف المحلي بأن يدفع للجهة الادارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفاف الي أي معارضة من صاحب العطاء على أن يرفق في مظلوف خاص بمفرده ويجب ألا يقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثون يوماً بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .

كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالممارسة العامة للحصول علي جهاز معايرة لأجهزة التنفس الصناعي للإدارة الهندسية بالمستشفيات

جامعة القاهرة جلسة ٢٠٢٥ / /

ت- و يجوز لصاحب العطاء طلب سداد التأمين المؤقت أو جزء منه خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى في المستشفيات والتي تفر المستشفيات صلاحيتها للصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية .

٩- التأمين النهائي :-

علي صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل بنسبة (٥٪) من قيمة ما تم ترسيته علي شركته وتبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطاءه .

ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي لدي المستشفيات حتي إتمام التوريد و قبول الأوصاف المتعاقد عليها حتى انتهاء فترة التعاقد .

وإذا لم تقم الشركة الراسي عليها بالممارسة بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للمستشفيات - بموجب إخطاره ودون حاجه لاتخاذ أي إجراء آخر إلغاء العقد كما يحق للمستشفيات تنفيذ العقد بواسطة احد مقدمي العطاءات التالية لعطاءه بحسب ترتيب أولوياتها .
ويصبح التأمين الابتدائي في جميع الحالات من حق المستشفيات ، كما يكون لها أن تخصص قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها للشركة صاحبة العطاء المقبولة وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الي خصمها من مستحقات الشركة لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان السبب .

وتسدد الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر ٥٠٪ من قيمة التأمين الابتدائي و التأمين النهائي المستحق عليها وذلك في حال تقديمها الشهادة الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية الخاصة باستيفاء الأوصاف المقدمة منها لنسبة المكون الصناعي المصري .

١٠- إلغاء الممارسة وتعديل الشروط و المواصفات :

يحق للمستشفيات إلغاء الممارسة قبل البت فيها إذا استغني عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويحق لها أيضا إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون اي بند أو مستند من مستندات المناقصة وذلك بعد إخطار الشركات المشتركة بالمناقصة بذلك علي أن تعتبر أي إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزء لا يتجزأ من هذه الشروط وملزماً في اي مرحلة من مراحلها .

١١- سحب العطاء :

إذا انسحب مقدم العطاء من الممارسة قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين الابتدائي المؤدي حقاً للمستشفيات دون حاجة الي إنذار أو اللجوء الي القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل علي حصول ضرر ، أو استدانة من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدي أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور .

١٢- إعداد وتقديم العطاء :

يجب أن تراعى الشركات المتنافسة عند إعداد عطاءها الالتزام التام بالبند الواردة بكراسة الشروط و المواصفات وملحقاتها إن وجدت وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية لذات القانون وكذا أحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية وسيتم استبعاد العطاء الذي يثبت بالدراسة مخالفته لاي من هذه المواصفات او الشروط والأحكام .

يسلم العطاء داخل مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويقدم العرض بصورة ورقية وعلى أن تكون كافة المستندات المطلوبة موقعة ومختومة من الشركة .

أول

المعتمد

هناك ٣ مستندات
١- مستند التزام
٢- مستند التزام
٣- مستند التزام



كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة العامة للحصول علي جهاز معايرة لأجهزة التنفس الصناعي للإدارة الهندسية بالمستشفيات
جامعة القاهرة جلسة ٢٠٢٥/ /

١٩- التسليم مخازن المستشفيات وبمعرفة عمال المورد وفي أيام العمل الرسمية الكائنة شارع السرايا المنيل القاهرة
٢٠- ان تتوافر بين مقدمي العطاءات شروط الكفاءة والملائمة وحسن السمعة وغيرها من المعايير الموضوعية كسابقة الأعمال والالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة والسابقة لمثل الأصناف المطلوبة وكل ماجاء بكراسة الشروط والمواصفات وما جاء من مواد ونصوص القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

٢١. تقدم مع الفاتورة في حالة استيراد الصنف صورة من شهادة المنشأ ومن حق المستشفيات التأكد من جدية هذه الشهادة دون اعتراض من المورد وفي حالة التأكد من عدم الجدية يلغي أمر التوريد ويتحمل المورد ما يترتب علي ذلك قانونياً .

٢٢- طريقة الدفع :-

الدفع بعد اجراءات الفحص والقبول وفي حالة طلب دفعة مقدمة يجب أن لا تزيد عن ٢٥٪ من القيمة النهائية التي تم الترسية عليها بشرط أن توافي المستشفيات بكتاب الضمان النهائي لاجمالي الترسية وكتاب الضمان البنكي مقابل الدفعة المقدمة خلال عشره ايام من تاريخ استلام إخطار الترسية وفي حالة عدم موافقتنا بكتاب الضمان النهائي لاجمالي إخطار الترسية وكتاب الضمان البنكي مقابل الدفعة المقدمة خلال عشره ايام من تاريخ استلام إخطار الترسية سيتم احتساب مده التوريد من تاريخ استلام اخطار الترسية .

٢٣- المظروف المالي :

يجب أن يحتوي المظروف المالي علي المستندات الآتية :

أ- قائمة الأسعار موضحة بها السعر الأساسي للصنف شامل كافة الضرائب و الرسوم و الدمغات .
ب- أن تكتب الأسعار بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة أرقاماً وحروفاً وأن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة ومختومة من مقدم العطاء ويعول علي السعر المبين بالحروف .

ت- الشهادة الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية و الدالة علي استيفاء المنتج الصناعي المقدم في الممارسة لنسبة المكون الصناعي المصري (هام جداً) .

٢٤- تقديم الفواتير وطريقة السداد :-

• عند التوريد تقدم الفواتير بما يفيد التوريد والسداد عن طريق الدفع الالكتروني مع تقديم رقم حساب الشركة الراسي عليها بكتاب معتمد من البنك بسداد مستحقاتها عن طريق الدفع الالكتروني .
• تقدم مع الفاتورة في حالة استيراد الصنف صورة من شهادة المنشأ ومن حق المستشفيات التأكد من جدية هذه الشهادة دون اعتراض من المورد وفي حالة التأكد من عدم الجدية يلغي أمر التوريد ويتحمل المورد ما يترتب علي ذلك قانونياً .
• تقديم مع الفاتورة شهادة التأمينات وشهادة القوي العاملة .

٢٥- التنازل للآخرين :

لا يحق للشركة المتعاقد معها أن تتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو أي التزام ينشأ عنه مع الأخذ في الاعتبار أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في هذا الشأن .

أهل
لعمرك

أهل
لعمرك



كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة العامة للحصول علي جهاز معايرة لأجهزة التنفس الصناعي للإدارة الهندسية بالمستشفيات
جامعة القاهرة جلسة ٢٠٢٥/ /

٢٦. التنفيذ وغرامة التأخير:

علي الشركة أن تقوم بتوريد (الأصناف) موضوع التعاقد في المواعيد المتفق عليها وطبقا للجدول الزمني المقدم وإذا تقاعست أو تأخرت في التوريد موضوع التعاقد أو إذا نفذتها علي نحو غير المتفق عليه ، أو إذا امتنعت عن تنفيذ أي التزام ناشئ عن التعاقد ، يكون لجهة التعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي فضلا عن حق الجهة في الرجوع علي الشركة بغرامة عن المدة التي تأخرت فيها الشركة عن التوريد المتفق عليه وطبقا للجدول الزمنية المدرجة بالعقد ، ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة التعاقد نشأتها عن أسباب قهرية لا يد للشركة فيها ، وتوقع نسب الغرامة أو يتم رفعها طبقا لما هو وارد بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

٢٧. - مسؤولية الشركة عن أعمالها:

تكون الشركة مسؤولة عن الأضرار التي قد تترتب علي وجود أي عيوب فنية للأصناف التي تم توريدها ، وتحمل كامل المسؤولية عما يحدث من أضرار بسبب هذه العيوب ، وسيتم تحميل الشركة بالمصاريف التي ستتحملها المستشفيات إذا ظهرت أي عيوب فنية تحول دون استخدام الأصناف خلال فترة الضمان .

٢٨. - مخالفة شروط العقد:

يجوز للمستشفيات فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الشركة المتعاقدة إذا أخلت بأي شرط من شروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ علي حساب الشركة .

٢٩. الشكاوى:

في حالة إخلال جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ أو جهة التعاقد بالتزاماتها أو بمهامها القانونية، يحق للشركة التقدم بشكاواها إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية والتابع مباشرة لوزير المالية للنظر والفصل في الشكاوى.

يكون تقديم الشكاوى ممن له مصلحة في ذلك إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وفقاً للمواعيد التالية:

- أ- الشكاوى المتعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط تقدم قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الأقل.
 - ب- الشكاوى المتعلقة بالبت الفني تقدم قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل على الأقل.
 - ت- الشكاوى المتعلقة بالبت المالي تقدم قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الأقل.
 - ث- الشكاوى المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ بعد يوم عمل على الأكثر من صدور القرار الذي تنص منه الشركة الشاكية.
- كما يتم تقديم صورة من الشكاوى إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية في ذات التوقيت.
- ويراعى تقديم صورة من الشكاوى المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ إلى السلطة المختصة بالجهة المتعاقدة المشكو فيها.

إلى
أ. ج.

إلى
أ. ج.
١٤٤٦/١٢/١٨

كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالممارسة العامة للحصول علي جهاز معايرة لأجهزة التنفس الصناعي لإدارة الهندسة بالمستشفيات
جامعة القاهرة جلسة ٢٠٢٥/ /

٣٠- إنهاء التعاقد :

يحق للمستشفيات إنهاء العقد في حالة صدور القوانين المفعلة و المستجدة بالحكومة و التي قد يكون لها تأثير مباشر علي التوريد محل العقد و علي الشركة و فور استلامها أخطار جهة التعاقد بإنهاء العقد كما يجوز للمستشفيات إنهاء العقد إذا تسببت الشركة أو أخلت إخلالا أساسيا (رئيسيا) بالعقد .

٣١- المراسلات :

• خلال التعاقد والتنفيذ:

تكون جميع المخاطبات والإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بالعقد وتنفيذه كتابة باللغة العربية، ويلزم تسليمها مكتب أ.د/ مدير عام المستشفيات .

٣٢ يحق للمستشفيات وقف التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالاتي :

- عدم الالتزام بالمواعيد المقرره للتوريد .
- في حالة وجود عيوب فنية في المنتج المورد سيتم تحريز المنتج واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع الاحتفاظ بحق المستشفيات في طلب التعويض المناسب من الشركة الموردة .

٣٣- المواصفات الفنية المرفقة و الشروط المدونة بالكراسة تعتبر جزء لا يتجزأ من مواصفات و شروط الممارسة و مكملان و متمما لأوراقها و مستنداتها .

٣٤- كراسة الشروط و المواصفات :

أ- ترفق الشركة المتقدمة النسخة الأصلية من كراسة الشروط و المواصفات مع أوراق العطاء الفني موقعة و مختومة بخاتم الشركة و يعتبر ذلك قبولا من الشركة بكل ما ورد فيها و تعتبر كراسة الشروط و المواصفات جزءا لا يتجزأ من العقد الذي سيوقع بين المستشفيات و بين الشركة التي سيسند إليها التوريد و لا يعد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما تدونه الشركة المتقدمة من اشتراطات .

٣٥- يعتبر القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و اللائحة التنفيذية لذات القانون مكملًا لهذه الشروط .

مدير إدارة التعاقدات
للإيجرة و الممتلكات

مدير

١
١٤/١١/٢٠٢٥
ناتجة از حد

١٢/١١/٢٠٢٥

Flow Gas Analyzer specifications

1-Flow Analyzer offers testing gas flow and respiratory medical equipment, including neonatal, mechanical and high –frequency ventilators ensures traceability to global regulatory standards

1-يمكنه عمل اختبار أجهزة تدفق الغاز و أجهزة التنفس الصناعي الطبية و بما فى ذلك أجهزة التنفس لحدیثى الولادة والأجهزة الميكانيكية وأجهزة عالية التردد و مع ضمان التوافق مع المعايير التنظيمية العالمية

2-Low-and high-pressure, and flow measurement capability

2- إمكانية قياس الضغط المنخفض و العالى و قياس التدفق

3- High flow measurement range ± 300 lpm

3- نطاق قياس تدفق عالى يصل الى $300 \pm$ لتر /دقيقة

4- Easily transport and store

4- سهولة النقل و التخزين

5- Bi-directional flow, pressure, volume, and oxygen concentration measurement.

5- قياس التدفق ثنائى الاتجاه و الضغط و الحجم و تركيز الأوكسجين.

6-Display not less than 7- inch with user defined presets and able to display numerical and graphical screens with real time data

6- شاشة عرض لا تقل عن 7 بوصات مع إمكانيّة عمل اعدادات مسبقة يحددها المستخدم و قادرة على عرض البيانات الرقمية و الرسوم البيانية فى الوقت الفعلى

7-internal memory allows recording and saving data.

7- ذاكرة داخلية تتيح تسجيل البيانات و حفظها

8- Communication: USB, for easy data transfer.

8-الاتصال: USB لسهولة نقل البيانات

9- Testing Airway pressure, Oxygen concentration, Barometric pressure, temperature, and humidity

9-اختبار ضغط مجرى الهواء و تركيز الأوكسجين و الضغط الجوى و درجة الحرارة و الرطوبة

10- High and differential low pressure port ± 150 mbar

10- منفذ ضغط عال و ضغط تفاضلى منخفض حتى $150 \pm$ مللى بار

11- Inspiratory, Expiratory Tidal Volume (0to10l), Minute Volume

11- حجم المد الشهيقى و الزفيرى (من 0 الى 10 لترات) و الحجم الدقيق فى الدقيقة

Inspiratory to Expiratory Time Ratio (I.E Ratio) 1: 200 to 200:1.

12-نسبة زمن الشهيق الى الزفير من 1:200 الى 200:1

13- AC/ DC power options

13-خيارات طاقة التيار المتردد/المستمر

14- Rechargeable battery with up to 6 hours battery life

14-بطارية قابلة لاعادة الشحن بمدة تشغيل تصل الى 6 ساعات

15- Peak Inspiratory Pressure PIP, Mean Airway Pressure MAP, Positive End Expiratory Pressure PEEP and Inspiratory Pause Pressure IPP range ± 150 mbar with accuracy at least $\pm 0.7\%$

15- ضغط الشهيق الاقصى ،متوسط ضغط مجرى الهواء ،ضغط نهاية الزفير الايجابي ، و ضغط توقف الشهيق ضمن نطاق ± 150 ملى بار بدقة لا تقل عن $\pm 0.7\%$

16 - Breath Rate BPM 1 bpm to 1000 .

16-معدل التنفس (نبضة فى الدقيقة) من 1 نبضة فى الدقيقة الى 1000 نبضة فى الدقيقة

17-Portable simulator test lung.

17- جهاز محاكاة لاختبار الرئة

18- أن تتوفر إمكانية طباعة نتائج الاختبارات.

19- أن يكون الجهاز صناعة أمريكية أو يابانية أو اتحاد أوربي.

20- أن تكون الشركة وكيل معتمد وحاصل على استمارة ١٤ س سارية .

21- أن يكون للشركة مركز صيانة معتمد من وزارة الصناعة والتجارة وسارى الترخيص وتكون البنود المقدمة بالعرض ضمن الوكالات المدرجة فى مركز الصيانة .

22- أن تكون الشركة مقدمة العطاء لها سابقة أعمال فى جمهورية مصر العربية فى مجال أجهزة معامل المعايرة الطبية فى المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة أو المعاهد القومية المتخصصة .

23- أن تضمن الشركة المورددة للجهاز مدة لا تقل عن سنتين ضد عيوب الصناعة.

24- تتعهد الشركة بعمل عقد صيانة لمدة ثلاث سنوات تبدأ فور أنتهاء فترة الضمان

25- أن تقدم الشركة شهادة معايرة معتمدة و سارية لمدة لا تقل عن تسعة أشهر من تاريخ أستلام الجهاز.

أعضاء اللجنة

.....

1- م/ هانم رجب

.....

2- م/ ايمان مجدى

.....

3- م / فاطمة الزهراء